

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PE 034/2022-SRP-FSVC

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 367/2022

ESCLARECIMENTO Nº 01 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022-FSVC

No dia 16 de setembro de 2022 às 17h05min, a empresa **LICITAÇÃO IS8**, encaminhou ao Pregoeiro, pelo endereço eletrônico licitações.fsvc@gmail.com, o Pedido de Esclarecimento ao Edital do Pregão Eletrônico SRP Nº 034/2022-FSVC, conforme consta **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** O qual poderá ser acessado por meio do link:

https://drive.google.com/open?id=1ypDQCPUnf6PojrT5dtDwJYsH8Rg-uSVq&authuser=gerenciadecomprasfsvc%40gmail.com&usp=drive_fs

Ao analisarmos o descritivo do lote 04 (INDICADOR BIOLÓGICO) não localizamos o tempo de leitura desejado para esses indicadores (24f, 3h, 1h.....).

Sendo assim, perguntamos:

- Qual o tempo de leitura desejado para esses indicadores?

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

RESPOSTA DA RESPONSÁVEL TÉCNICA: Sra. Ana Karine Rodrigues - Enfermeira CME – FSVC - **511438 - COREN/BA**

O tempo de leitura desejado para esses indicadores é de 03 (três) horas, com leitura preliminar de no máximo 40 (quarenta) minutos.

Vitória da Conquista, 19 de setembro de 2022.

Maria de Fátima Santos de Oliveira
Pregoeira designada
PE 034/2022