



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N.º 043/2021-SMS

Processo n.º 42.148/2021

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde - SMS, torna público a todos os interessados a **RETIFICAÇÃO AO EDITAL**, ora publicado no Diário Oficial da União, seção 03, edição 196, segunda-feira, 18 de outubro de 2021 e no Diário Oficial do Município Ano 14, Edição: 3.012, segunda-feira, 18 de outubro de 2021, página 11, referente ao **ANEXO VII – DA RELAÇÃO DE GRUPO/LOTES**, conforme segue:

Onde lê-se:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRES.	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANT.
2.1	AUTOCLAVE - 40 litros; digital; bivolt automático - 127/220V que permita ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 254V; câmara Aço mcx; automática Tampa e câmara em aço mcx; exclusiva carenagem; base da cadeira em chapa de aço maciça 3/8 (polegadas) de espessura; encosto e base do assento em vergalhão e chapa de aço; lâmina do encosto de cabeça pintada e guias de aço; superfícies metálicas com banho de proteção contra oxidação; superfícies aparentes com pintura lisa; transformador de 12 v para alimentação do refletor; relé de partida e fusível de proteção; estofamento extramacio, com espuma de poliuretano no encosto e espuma laminada no assento, revestido em pvc - lavável e sem costura; fusível de proteção de rede (entrada): 10a (110/127 v) 5a (220/240 v); fusível de proteção do circuito: 5a e equipoadoplado, com braço curvo fixado na parte inferior da cadeira; linhas arredondadas ; sistema de travamento manual; seleção automática das pontas, controlada por um bloco de acionamento pneumático (sistema bap); suporte de pontas; alma estrutural em aço. corpo e capas em abs; bandeja em aço inox; terminal para micromotor sem spray; terminal para alta rotação; seringa tríplice; mangueiras, leves e flexíveis. unidade auxiliar: acoplada à lisas, leves e flexíveis. unidade auxiliar: acoplada à cadeira, com cuba de cuspideira em cerâmica e formas arredondadas (destacável da unidade do corpo). portacopos; abertura lateral (facilita a aproximação da auxiliar) e removível	UND	15	40	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

	(proporciona perfeita desinfecção); ralo separador de detritos; corpo da unidade com carenagem envolvente (dispensa tubos, suportes ou acoplamentos aparentes); um terminal para sucção (sistema venturi), com mangueira do sugador (desconecta-se sem necessidade de ferramentas); suporte de pontas; separadores de Registro ANVISA.				
--	--	--	--	--	--

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRES.	REQUISIÇÃO MÍNIMA	REQUISIÇÃO MÁXIMA	QUANT.
2.1	AUTOCLAVE: HORIZONTAL DE MESA PROJETADA E FABRICADA BASEADA NA NORMA TÉCNICA BRASILEIRA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT NBR 11.816/2003, NBR 11.817/2001, ASME ENTRE OUTRAS. INDICAÇÃO: ESTERILIZA ATRAVÉS DE VAPOR SATURADO SOB-PRESSÃO COM SECAGEM, PARA FUNCIONAMENTO: TOTALMENTE AUTOMÁTICA, COM COMANDO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO, CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO; CICLOS DE SECAGEM; NÍVEIS DE ALARMES; BANDEJAS REMOVÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL; PORTA: CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL (CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR-11.816:2003; ESTERILIZAÇÃO: ESTERILIZADORES A VAPOR COM VÁCUO, PARA PRODUTOS DE SAÚDE SUB-ITEM 4.3.2), COM MANIPULO TERMO ISOLANTE DE DUPLO ESTÁGIO DE TRAVAMENTO/FECHAMENTO. A PORTA TEM UM REVESTIMENTO PRÓPRIO EM TERMOPLÁSTICO E VEDAÇÃO DE MATERIAL EM SILICONE, PERMITINDO UMA PROTEÇÃO AO USUÁRIO QUANDO DO FECHAMENTO E TEMPERATURA, A QUAL OFERECE MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR, BEM COMO DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS QUE SOMENTE HABILITA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SE A PORTA ESTIVER CORRETAMENTE FECHADA. CÂMARA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L (CONFORME NORMA BRASILEIRA NBR 11.816:2003) ESTERILIZAÇÃO:	UND	15	40	40



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

ESTERILIZADORES A VAPOR COM VÁCUO, PARA PRODUTOS DE SAÚDE (SUBITEM 4.3.2). ISOLAMENTO DA CÂMARA: ISOLAMENTO TÉRMICO POR MANTAS DE FIBRA MINERAL DE LÃ DE ROCHA, GARANTINDO A NÃO PROPAGAÇÃO DO CALOR NO AMBIENTE DE TRABALHO. GABINETE: REVESTIDO EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO/ ANTIOXIDANTE E PINTURA EM EPÓXI, OU MATERIAL SUPERIOR. PAINEL/COMANDO: VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) E TRANSDUTOR DE PRESSÃO DIGITAL (PARA PRECISÃO NO SISTEMA DA PRESSÃO), TECLADO DE MEMBRANA PARA SELEÇÃO DOS CICLOS DE ACORDO COM CADA TIPO DE MATERIAL, BEM COMO PROPORCIONA AS SEGUINTE INFORMAÇÕES E CONTROLES: CICLO SELECIONADO DE ACORDO COM O MATERIAL; PRESSÃO POSITIVA DA CÂMARA INTERNA; TEMPO DE EXPOSIÇÃO AO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; TEMPO DE ESTERILIZAÇÃO; TEMPERATURA; VALORES DE VÁCUO NA SECAGEM; ALARMES EM CASO DE DESVIOS DOS PARÂMETROS DURANTE O CICLO OU FALHAS DESLIGA AUTOMATICAMENTE QUANDO ATINGIDA A TEMPERATURA PROGRAMADA, SENDO QUE A MESMA É INSTALADA NO INTERIOR DA CÂMARA INTERNA. SISTEMA DE SEGURANÇA: VÁLVULA DE SEGURANÇA CALIBRADA E LACRADA P/ SOB CONTROLE DE PRESSÃO E LEITURA DIGITAL DA PRESSÃO POSITIVA DA CÂMARA INTERNA, VÁLVULA SEGURANÇA P/ SOBRE TEMPERATURA, TERMOSTATO DE SEGURANÇA, CONTROLE DE NÍVEL PARA PROTEÇÃO DAS RESISTÊNCIAS, FUSÍVEIS, IMPOSSIBILIDADE DE INÍCIO DO EQUIPAMENTO COM A PORTA DESTRAVADA, SENsoRES DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES DO PROCESSO, TAIS COMO: MICROSwith, PT-100. CAPACIDADE TOTAL 40 LITROS, DIÂMETRO DA CÂMARA 300 – 340MM, COMPRIMENTO DA CÂMERA 550-560MM. ALTURA EXTERNA 370MM-				
---	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria de Saúde

www.pmvc.ba.gov.br

370MM, COMPRIMENTO EXTERNO 650-720MM, LARGURA EXTERNA 440MM, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 50-60HZ.				
--	--	--	--	--

Vitória da Conquista, 05 de novembro de 2021.

Dione de Jesus Santos
Pregoeiro